

Procedura negoziata finalizzata ad affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio concernente la "manutenzione ordinaria programmata lavapadelle, sollevapazienti, vasche e barelle in uso ad ASP Centro Servizi alla Persona" per un periodo di tre anni – CIG Z0E39EFF87

In attuazione della Determinazione n. 78 del 22/02/2023 avente ad oggetto "ESITO DI AVVISO PUBBLICO PER VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'EX ART. 63 C. 2 LETT. B) P. 2 D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA LAVAPADELLE, SOLLEVAPAZIENTI, VASCHE E BARELLE IN USO AD ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" con la presente si dà avvio a procedura negoziata finalizzata ad affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del servizio concernente la "manutenzione ordinaria programmata lavapadelle, sollevapazienti, vasche e barelle in uso ad ASP Centro Servizi alla Persona" per un periodo di tre anni.

La procedura viene svolta tramite Richiesta di Offerta (Rdo) espletata su Sater di Intercent-ER alle condizioni di seguito dettagliate.

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI ASSISTENZA

Le attrezzature cui è rivolto il servizio sono riepilogate nei seguenti elenchi suddivisi per tipologia:

<i>SOLLEVAPAZIENTI</i>	<i>Modello</i>	<i>Matricola</i>	<i>Collaudo</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI</i>	<i>SARA 3000</i>	<i>STLA0405E201</i>	<i>16/07/2004</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI MOBILE PASSIVO</i>	<i>KTBB4BSX2EU MAXITWIN 4PT</i>	<i>SEE0635297</i>	<i>26/09/2006</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI A CORSETTO</i>	<i>KTBB4BSX2EU MAXI TWIN</i>	<i>810001028</i>	<i>06/11/2008</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI A CORSETTO</i>	<i>KTBB4BSA2WW MAXI TWIN con bilancia</i>	<i>810001189</i>	<i>06/11/2008</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI</i>	<i>SARA 3000</i>	<i>STLA0405E199</i>	<i>01/07/2004</i>
<i>SOLLEVATORE IGIENICO A SEDIA</i>	<i>CDB8001-01 ALENTI</i>	<i>4297 122506 023</i>	<i>18/02/1998</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI A CORSETTO</i>	<i>MINSTREL HMA 0001 SWL 190 KG</i>	<i>P 0230148</i>	<i>09/04/2014</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI A CORSETTO</i>	<i>MINSTREL HMA 0001 SWL 190 KG</i>	<i>P 0230147</i>	<i>09/04/2014</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI A CORSETTO</i>	<i>MAXI TWIN con bilancia KTBB4BSA2WW</i>	<i>N/S P0485713</i>	<i>24/04/2018</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI</i>	<i>SARA 3000 HEA0002</i>	<i>N/S PO488027</i>	<i>04/05/2018</i>
<i>SOLLEVAPAZIENTI</i>	<i>SARA 3000 HEA0002</i>	<i>N/S PO488028</i>	<i>04/05/2018</i>

<i>VASCHE / BARELLE</i>	<i>Modello</i>	<i>Matricola</i>	<i>COLLAUDO</i>
<i>BARELLA DOCCIA</i>	<i>BASIC-BAB 5000-01</i>	<i>809000216</i>	<i>06/11/2008</i>
<i>VASCA BAGNO ASSISTITA</i>	<i>PARKER</i>	<i>SEE 0428168</i>	<i>30/07/2004</i>
<i>BARELLA DOCCIA</i>	<i>BASIC</i>	<i>SEE 0744297</i>	<i>18/12/2007</i>

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○○●
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

<i>BARELLA DOCCIA</i>	<i>BASIC</i>	<i>SEE 0422137</i>	<i>30/07/2004</i>
<i>BARELLA DOCCIA</i>	<i>BASIC-BAB 5000-01</i>	<i>PO542740</i>	<i>08/05/2019</i>

<i>LAVAPADELLE</i>	<i>Modello</i>	<i>Matricola</i>	<i>Collaudo</i>
<i>LAVAPADELLE A DISINFESTAZIONE TERMICA</i>	<i>TYPHOON S6000</i>	<i>250173-9712</i>	<i>16/01/1998</i>
<i>LAVAPADELLE A DISINFESTAZIONE TERMICA</i>	<i>TYPHOON S6000</i>	<i>250174-9712</i>	<i>24/02/1998 - 18/08/2004</i>
<i>LAVAPADELLE A DISINFESTAZIONE TERMICA</i>	<i>TYPHOON S6000</i>	<i>250173-9712</i>	<i>16/01/1998</i>

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto la prestazione di servizi di manutenzione periodica inclusa l'eventuale sostituzione di quei ricambi, indicati nelle singole specifiche di attrezzatura di seguito riepilogate, di apparecchi ed attrezzi di produzione del gruppo Arjo; il servizio è da erogarsi secondo le seguenti modalità

- N.1 visita di manutenzione programmata annuale con effettuazione di controlli funzionali, strutturali e di sicurezza sulle attrezzature di cui trattasi;
- rilascio di verbale di effettuazione lavori dopo ogni visita con elenco dei ricambi sostituiti (tariffati a parte rispetto al canone di manutenzione);
- rilascio di apposito preventivo in occasione tutti gli interventi di assistenza tecnica straordinaria (estranei alla visita programmata), soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione

SOLLEVATORI PASSIVI / ATTIVI

- ✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti)
- ✓ Verifica e controllo di tutti i corsetti (cuciture, ganci, stato del tessuto), con segnalazione di eventuali anomalie e conseguente inibizione all'uso
- ✓ Verifica stato accessori abbinati al dispositivo
- ✓ Verifica stato del sistema di aggancio del telaio a 2/4 punti al braccio portante
- ✓ Verifica frizioni telaio a 4 punti
- ✓ Verifica stato ruote con relativo sistema frenante
- ✓ Verifica funzionalità attuatore apertura base
- ✓ Controllo sistema motorizzato posizionamento paziente
- ✓ Verifica funzionalità comando a distanza
- ✓ Verifica funzionalità comando fisso (ove presente)
- ✓ Verifica funzionalità sistema di sicurezza anti-schiacciamento
- ✓ Verifica funzionalità sistema di sicurezza discesa di emergenza
- ✓ Controllo e serraggio bulloneria piantone e base
- ✓ Verifica funzionalità attuatore di sollevamento
- ✓ Controllo sistema sollevamento meccanico e relative cinghie ad esso collegate
- ✓ Controllo stato pedane poggiapiedi, maniglioni di sostegno, poggia ginocchia con eventuali segnalazioni di rotture (sollevatori attivi)
- ✓ Controllo stato relative batterie e caricabatterie
- ✓ Test di carico (prova di sollecitazione meccanica pari al carico massimo sollevabile)

IDROTERAPIA SOLLEVATORI IGIENICI A SEDIA – ELETTRICI /OLEODINAMICI

- ✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti)
- ✓ Verifica funzionalità comando a distanza
- ✓ Controllo comando fisso
- ✓ Funzionalità freni automatici
- ✓ Verifica stato ruote con sistema frenante meccanico ed eventuale pulizia
- ✓ Controllo funzionalità salita/discesa
- ✓ Valutazione stato batterie e caricabatterie
- ✓ Controllo funzionalità sistema reclinamento schienale
- ✓ Verifica stato braccioli di protezione
- ✓ Verifica stato coperture e parti in plastica asportabili (poggiaschiena, parte centrale e laterale sedia, copertura superiore, paracolpi ecc...)
- ✓ Verifica tenuta impianto oleodinamico
- ✓ Controllo presenza e stato cinture di sicurezza paziente
- ✓ Controllo guarnizioni per impermeabilità sceda e comandi elettrici
- ✓ Verifica integrità copertura isolante attuatore
- ✓ Test di carico (prova di sollecitazione meccanica pari al carico massimo sollevabile)

BARELLA DOCCIA IDRAULICA / ELETTRICA C/PANNELLO

- ✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti)
- ✓ Verifiche all'interno del pannello
- ✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia
- ✓ Pulizia filtri miscelatori pulizia filtri ingresso acqua
- ✓ Verifica funzionamento sistema di prelevamento liquido per la disinfezione e controllo della presenza dello stesso (con segnalazione di eventuali presenze di disinfettante non adatto)
- ✓ Controllo temperature acqua in uscita con eventuale taratura del miscelatore
- ✓ Controllo perdite sistema di scarico
- ✓ Controllo funzionalità impugnature doccia e relativi tubi flessibili.
- ✓ Controllo accurato materassino (cuciture, saldature, tagli ecc.)
- ✓ Controllo bulloneria di sostegno piano barella
- ✓ Controllo funzionalità dispositivo di ribaltamento laterale e posizionamento piano in orizzontale
- ✓ Controllo sicurezza dispositivi di bloccaggio spondine laterali
- ✓ Controllo livello olio
- ✓ Funzionalità pompa sollevamento e relativo comando a distanza
- ✓ Verifica stato ruote con relativi freni e ove possibile eventuale pulizia
- ✓ Controllo stato batterie e caricabatterie
- ✓ Verifica sicurezza elettrica CEI EN 60601 – CEI EN 62353

VASCHE REGOLABILI IN ALTEZZA

- ✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti)
- ✓ Verifiche all'interno del pannello posteriore
- ✓ Controllo del sistema di sollevamento
- ✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia
- ✓ Pulizia filtri miscelatori pulizia filtri ingresso acqua
- ✓ Verifica funzionamento sistema di prelevamento liquidi
- ✓ Controllo presenza liquidi di consumo. (con segnalazione di eventuali presenze di liquidi non adatti)

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

- ✓ Controllo temperature acqua in uscita (riempimento e doccette) con eventuali tarature del miscelatore e dei sensori
- ✓ Controllo perdite sistema di scarico
- ✓ Controllo funzionalità impugnature doccia e relativi tubi flessibili
- ✓ Check delle impostazioni software dei sistemi di controllo automatici
- ✓ Verifica funzionamento sistema ultrasuoni e idromassaggio con eventuali tarature di intensità
- ✓ Verifica di sicurezza elettrica CEI EN 60601 – CEI EN 62353

LAVAPADELLE

- ✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, corrosione, alterazioni strutturali evidenti)
- ✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia
- ✓ Pulizia dei filtri delle elettrovalvole ingresso acqua calda e fredda con verifica funzionalità delle stesse
- ✓ Controllo dell'esecuzione completa di ogni ciclo di lavaggio (breve, medio, intensivo), con relativo controllo del raggiungimento della temperatura di disinfezione
- ✓ Controllo dispositivo di sicurezza antischiacciamento della porta motorizzata
- ✓ Verifica indicatori luminosi di processo (spie led) e integrità display alfanumerico
- ✓ Controllo funzionamento del sistema di prelevamento automatico liquido anticalcare, con verifica presenza dello stesso e segnalazione di eventuali presenze di liquido non adatto (rabbocco liquido nel caso non sia presente o a disposizione del reparto, al fine di garantire il corretto funzionamento – da segnalare sul foglio di lavoro)
- ✓ Controllo funzionamento del sistema di prelevamento automatico liquido detergente (dove presente)
- ✓ Verifica conducibilità di tutti gli elementi della resistenza elettrica di riscaldamento
- ✓ Verifica integrità del cestello fisso/rotante padelle ed eventuali adattatori
- ✓ Verifica sistema di scarico (controllo perdite d'acqua)
- ✓ Controllo parametri programmazione e azzeramento eventuali codici di errore con relativa
- ✓ Risoluzione dell'indicazione
- ✓ Verifica sicurezza elettrica – CEI EN 61010
- ✓ Validazione delle temperature di disinfezione UNI EN ISO 15883-3:2009

L'importo complessivo del servizio è stimato in € 12.779,40 (dodicimilasettecentosettantanove/40) iva esclusa per i tre anni contrattuali. Con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, nella fornitura in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Non sono pertanto stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente tramite il SATER. L'operatore economico, dovrà presentare la propria Istanza di partecipazione di cui all'All.1) Istanza di partecipazione (con firma digitale del Legale Rappresentante o suo procuratore) e compilare la voce offerta economica nella BUSTA ECONOMICA entro e non oltre le ore 09:00 del 03/03/2023 indicando l'importo al ribasso rispetto al sopracitato importo complessivo stimato per il servizio in parola utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E QUESITI

Gli operatori invitati dovranno far pervenire l'offerta entro e non oltre il giorno 03/03/2023 ore 09:00 tramite piattaforma SATER.

Si chiede di esplicitare caricando apposito allegato nel campo dedicato della busta economica le tariffe praticate per interventi straordinari che dovessero risultare necessari; tale dato non costituisce comunque criterio di valutazione per l'aggiudicazione del servizio in parola.

Eventuali quesiti sulla procedura potranno essere inviati entro e non oltre il giorno 01/03/2023 ore 09:00 tramite piattaforma SATER.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona del Responsabile Area Appalti Acquisti e Manutenzioni Dott. Bindini Federico.

TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'Istruttoria dell'Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non verranno comunicati ai terzi. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di affidamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASP Centro Servizi alla Persona, con sede in Via Ripagrande, 5 - 44121 Ferrara. Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).

- *Allegati: All. 1 Istanza di partecipazione*

Responsabile del Procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO
Area Appalti Acquisti e Manutenzioni
E-mail: federico.bindini@aspfe.it
Tel. +39 0532799526

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501